

**Республиканское унитарное предприятие  
«Гродненский центр стандартизации,  
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего  
государственную поверку средства измерений)

**Свидетельство об уполномочивании №17**

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

**УНП 500028553**

(учетный номер плательщика юридического лица,  
осуществившего государственную поверку средства измерений)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о непригодности**

**№ 17-000004482-2026**

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе "Алкотест-203" <small>наименование и обозначение типа средства измерений</small>
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	-
Идентификационный признак	7492
Заводской (серийный) номер средства измерений	ВВ01 <small>заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений</small>
Состав средства измерений	- <small>наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений</small>
Методика поверки	МП.МН 431-98 "Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе "Алкотест-203". Методика поверки" <small>наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка</small>
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Генераторы спирто-воздушных смесей "ГСВС– МЕТА–02", "ГСВС–МЕТА–02 М", $\pm 4 \text{ мг/м}^3$ (от 40 до $80 \text{ мг/м}^3$ ), $\pm 5\%$ (от 80 до $2000 \text{ мг/м}^3$ ) <small>наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений</small>
Применяется в качестве эталона единицы величины	- <small>признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины</small>
Тип государственной поверки	последующая <small>первичная или последующая</small>

Заключение по результатам государственной поверки не годен

Владелец средства измерений РУП "Скидельское ЖКХ"  
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Причины непригодности Индикация ошибки: "Авария 05".

Государственный поверитель Соловьянчик Евгений Игоревич  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения Романчук Виктор Антонович  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.: +375(15)2714590

Дата государственной поверки "25" мая 2026 г.

**Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):**  
 Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"  
 ФИО подписанта: Соловьянчик Евгений Игоревич  
 Дата и время подписи: 2026-05-25T07:05:07Z