

**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000004933-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений

Гигрометры психрометрические ВИТ

наименование и обозначение типа средства измерений

Обозначение модификации
и (или) исполнения средства
измерений

ВИТ-1

Идентификационный
признак

11987

Заводской (серийный) номер
средства измерений

22

заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое
обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений

Состав средства измерений

-

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый
автономный блок или измерительный канал средства измерений

Методика поверки

**МИ 737-83 "Методические указания. Гигрометр
психрометрический типа ВИТ. Методы и средства
поверки"**

наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки),
в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка

Эталоны единиц величин,
стандартные образцы,
средства измерений,
применяемые при
государственной поверке

Измеритель температуры эталонный ИТЭ № 012

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы
величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве
эталона единицы величины

-

признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для
средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной
поверки

последующая

первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки не годен

Владелец средства измерений Гродненское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация"
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Причины непригодности Не соответствует метрологическим характеристикам, указанным в описании типа (разность между сухим и увлажнен. капиллярами погрешности указывается фактическое значение погрешности) составила 0,6 0С

Государственный поверитель Аутко Владимир Николаевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения Романчук Виктор Антонович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590

Дата государственной поверки "28" мая 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
 Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
 ФИО подписанта: Аутко Владимир Николаевич
 Дата и время подписи: 2026-05-28T06:43:03Z