

**Республиканское унитарное предприятие  
«Гродненский центр стандартизации,  
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего  
государственную поверку средства измерений)

**Свидетельство об уполномочивании №17**

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

**УНП 500028553**

(учетный номер плательщика юридического лица,  
осуществившего государственную поверку средства измерений)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о непригодности**

**№ 17-000006306-2026**

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ, МТПп, МТК
	наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	ДМ1001 У2
Идентификационный признак	5031
Заводской (серийный) номер средства измерений	0561
	заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	-
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	СТБ 8056-2015 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки"
	наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Манометр цифровой METROL 100 №11697
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	-
	признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной поверки	<u>последующая</u>	
	первичная или последующая	
Заключение по результатам государственной поверки	<u>не годен</u>	
Владелец средства измерений	<u>РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ"</u>	
	наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя	
Причины непригодности	<u>Не соответствует метрологическим характеристикам, указанным в описании типа.</u>	
Государственный поверитель	<u>(подпись)</u>	<u>Копыцкий Ярослав Александрович</u>
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Руководитель структурного подразделения	<u>(подпись)</u>	<u>Романчук Виктор Антонович</u>
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: <u>г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590</u>		
Дата государственной поверки	<u>"06" июня 2026 г.</u>	