

**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000006647-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений	Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б
	наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	КТС-Б
Идентификационный признак	5703
Заводской (серийный) номер средства измерений	38713Г/Х
	заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	-
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	МП.МН 1317-2003 "Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков. Методика поверки"
	наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Комплекс измерительно-вычислительный ИСТ-М16 № 014, с датчиками ЭТС-100/2 № 15-132, ЭТС-100/2 № 15-174. Комплекс измерительно-вычислительный ИСТ-М16 № 061, с датчиками ПОИНТ-100/1 № 18005, ПОИНТ-100/1 № 18004, ПОИНТ-100/1 № 18003
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	-
	признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной поверки	последующая <small>первичная или последующая</small>	
Заключение по результатам государственной поверки	не годен	
Владелец средства измерений	УЖРЭП Октябрьского района г. Гродно <small>наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя</small>	
Причины непригодности	Не соответствует метрологическим характеристикам, указанным в описании типа.	
Государственный поверитель	_____ <small>(подпись)</small>	Аутко Владимир Николаевич <small>(инициалы, фамилия)</small>
Руководитель структурного подразделения	_____ <small>(подпись)</small>	Романчук Виктор Антонович <small>(инициалы, фамилия)</small>
Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: <u>г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590</u>		
Дата государственной поверки	"09" июня 2026 г.	