

**Республиканское унитарное предприятие  
«Гродненский центр стандартизации,  
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего  
государственную поверку средства измерений)

**Свидетельство об уполномочивании №17**

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

**УНП 500028553**

(учетный номер плательщика юридического лица,  
осуществившего государственную поверку средства измерений)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о непригодности**

**№ 17-000006650-2026**

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений	<b>Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ</b> наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	<b>ТМЗ</b>
Идентификационный признак	<b>17206</b>
Заводской (серийный) номер средства измерений	<b>70514БТ</b> заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	- наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	<b>МП 406121-2018 "Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ. Методика поверки"</b> наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	<b>Манометр цифровой (кислород) ХР2i №652384, Манометр цифровой METROL 100 №11980, Манометр цифровой ADT681 №211Н16300026, Секундомер Интеграл С-01 № 443097</b> наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	- признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины
Тип государственной поверки	<b>последующая</b> первичная или последующая

Заключение по результатам  
государственной поверки

не годен

Владелец средства  
измерений

ООО "Биоком Технологии"

наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество  
(при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Причины непригодности

Не соответствует метрологическим  
характеристикам, указанным в описании типа.

Государственный  
поверитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Гой Роберт Мечиславович

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Руководитель структурного  
подразделения

\_\_\_\_\_

(подпись)

Романчук Виктор Антонович

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства  
измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.: +375(15)2714590

Дата государственной  
поверки

"09" июня 2026 г.