

**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000007249-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе "Алкотест-203"
	наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	-
Идентификационный признак	5670
Заводской (серийный) номер средства измерений	690Ц заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	- наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	МП.МН 431-98 "Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе "Алкотест-203". Методика поверки" наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Генераторы спирто-воздушных смесей "ГСВС– МЕТА–02", "ГСВС–МЕТА–02 М", $\pm 4 \text{ мг/м}^3$ (от 40 до 80 мг/м^3), $\pm 5\%$ (от 80 до 2000 мг/м^3) наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	- признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины
Тип государственной поверки	последующая первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки не годен

Владелец средства измерений Государственная инспекция по охране животного и растительного мира
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Причины непригодности Не соответствует метрологическим характеристикам, указанным в описании типа.

Государственный поверитель _____ Агеева Татьяна Владимировна
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения _____ Романчук Виктор Антонович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.: +375(15)2714590

Дата государственной поверки "15" июня 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Агеева Татьяна Владимировна
Дата и время подписи: 2026-06-15T07:44:39Z