

**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000007516-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений

Мультиметры цифровые серии Multicon Mxx

наименование и обозначение типа средства измерений

Обозначение модификации
и (или) исполнения средства
измерений

M52 H

Идентификационный
признак

13197

Заводской (серийный) номер
средства измерений

098226527

заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое
обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений

Состав средства измерений

-

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый
автономный блок или измерительный канал средства измерений

Методика поверки

**МРБ МП.2981-2022 "Мультиметры цифровые
Multicon Mxx. Методика поверки"**

наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки),
в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка

Эталоны единиц величин,
стандартные образцы,
средства измерений,
применяемые при
государственной поверке

**калибратор электрических сигналов Transmille
3010A № J1335F18, магазин сопротивления
MCP-63 № 00405, магазин сопротивлений P4002
№ 10117, магазин емкости P5025 № 1398**

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы
величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве
эталоны единицы величины

-

признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для
средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной
поверки

последующая

первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки	не годен
Владелец средства измерений	Филиал "Волковысские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" <small>наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя</small>
Причины непригодности	Прибор не реагирует на измеряемую величину при измерении силы постоянного и переменного тока на диапазоне от 0 до 200 мА
Государственный поверитель	_____ (подпись) _____ Коренной Ростислав Русланович (инициалы, фамилия)
Руководитель структурного подразделения	_____ (подпись) _____ Мороз Наталия Ивановна (инициалы, фамилия)
Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: <u>г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.: +375(15)2714590</u>	
Дата государственной поверки	"17" июня 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
 Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
 ФИО подписанта: Коренной Ростислав Русланович
 Дата и время подписи: 2026-06-17T06:03:22Z