

**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000007607-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений

Термогигрометры электронные Ivit

наименование и обозначение типа средства измерений

Обозначение модификации
и (или) исполнения средства
измерений

Ivit-2

Идентификационный
признак

16122

Заводской (серийный) номер
средства измерений

12271

заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое
обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений

Состав средства измерений

-

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый
автономный блок или измерительный канал средства измерений

Методика поверки

**МП 2411-0197-2022 "Государственная
система обеспечения единства измерений.
Термогигрометры электронные Ivit. Методика
поверки"**

наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки),
в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка

Эталоны единиц величин,
стандартные образцы,
средства измерений,
применяемые при
государственной поверке

**Генератор влажного воздуха HygroGen
модификации HygroGen-2 № VCT-HG2-1013, в
комплекте с гигрометром точки росы Michell
Instruments модификации OptiDew №133349,
Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Н
№973298**

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы
величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве
эталона единицы величины

-

признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для
средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной поверки	последующая	_____
		первичная или последующая
Заключение по результатам государственной поверки	не годен	_____
Владелец средства измерений	Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника"	_____
		наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя
Причины непригодности	Не соответствует метрологическим характеристикам, указанным в описании типа.	_____
Государственный поверитель	(подпись)	Савостьяник Денис Владимирович _____ (инициалы, фамилия)
Руководитель структурного подразделения	(подпись)	Романчук Виктор Антонович _____ (инициалы, фамилия)
Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: <u>г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.: +375(15)2714590</u>		
Дата государственной поверки		_____ "18" июня 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):

Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

ФИО подписанта: Савостьяник Денис Владимирович

Дата и время подписи: 2026-06-18T07:18:28Z