

**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000007611-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений	Измерители-регистраторы автономные серии EClerk-M
	наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	EClerk®-M-11-RHT-G1
Идентификационный признак	14428
Заводской (серийный) номер средства измерений	54627
	заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	-
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	МП 2411-0177-2020 "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители-регистраторы автономные серии EClerk-M. Методика поверки"
	наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Генератор влажного воздуха HygroGen модификации HygroGen-2 № VCT-HG2-1013, в комплекте с гигрометром точки росы Michell Instruments модификации OptiDew №133349, Термометр лабораторный электронный ЛТА/Б-Н №973298, Магазин сопротивлений P4831 №00846, Магазин сопротивлений P33 №04122
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	-
	признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной поверки	последующая <small>первичная или последующая</small>	
Заключение по результатам государственной поверки	не годен	
Владелец средства измерений	УЗ "25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска" <small>наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя</small>	
Причины непригодности	Не соответствует метрологическим характеристикам, указанным в описании типа.	
Государственный поверитель	_____ (подпись)	Савостьяник Денис Владимирович _____ (инициалы, фамилия)
Руководитель структурного подразделения	_____ (подпись)	Романчук Виктор Антонович _____ (инициалы, фамилия)
Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: <u>г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590</u>		
Дата государственной поверки	"18" июня 2026 г.	

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):

Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

ФИО подписанта: Савостьяник Денис Владимирович

Дата и время подписи: 2026-06-18T07:18:33Z